

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА  
Број: 10-82-24/18-02  
Датум: 9. 3. 2018. године  
БАТОЧИНА

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/05 и 68/15), Комисија за јавну набавку мале вредности бр. 2/2018 наручиоца Дома здравља Баточина, даје

### ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Дана 23. 2. 2018. године, Дом здравља Баточина је на Порталу јавних набавки и на свом сајту објавио Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију за поступак јавне набавке бр. 2/2018 за набавку добара – лекова и санитетског и медицинског потрошног материјала. Рок за достављање понуда је 13. 3. 2018. године.

Дана 8. 3. 2018. године од потенцијалног понуђача је добијен захтев за појашњење конкурсне документације и питање да ли је у партији 8.-Потрошни материјал за лабораторијску дијагностику за ставку 18 прихватљиво понудити ланцету дубине убода 2,0mm, с обзиром на то да разлика од 0,2mm не може значајније да утиче на узорковање.

**Одговор:** Комисија је утврдила да је захтев поднет у року прописаном Законом. За ставку 18 није прихватљиво да дубина убода буде 2,0mm већ 2,2mm како је предвиђено конкурсном документацијом.



др Бранислав Младеновић

Зорица Зарковић

Браца Илић

др Оливера Мирић

Душица Марковић, заменик

Славица Андрић