

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА  
Број: 10-229-37/20-02  
Датум: 29. 6. 2020. године  
БАТОЧИНА

На основу члана 109. Закона о Јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку Дома здравља Баточина бр. 10-229-35/20-02 од 29. 6. 2020. године, директор Дома здравља Баточина доноси

**ОДЛУКУ**  
**О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2/2020 ЗА ПАРТИЈЕ 3., 4., 9., 11., 12., 13. И 16.**

1) У Одлуци о обустави поступка јавне набавке мале вредности БР. 2/2020 мења се тачка 1) тако што се након подтачке 6. додаје подтачка 7. која гласи:

„7. Партија 14. – Хемикалије и дезинфекциона средства“.

2) У тачки 1) досадашња подтачка 7. постаје подтачка 8.

3) Мења се тачка 2) тако да сада гласи:

„Нов поступак за партије 3., 4., 9., 11., 12., 13., 14. и 26. биће покренут након објављивања обавештења о обустави поступка.“

4) У осталом делу Одлука остаје непромењена.

**Образложење**

Дана 9. 6. 2020. године, наручилац Дом здравља Баточина из Баточине, ул. Кнеза Милоша Обреновића бр. 1, донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 2/2020 за набавку добара – Лекова и санитетског и медицинског потрошног материјала подељену у партије и то:

1. Аминофилин;
2. Гел за ултразвук;
3. Шпатуле и комплет за брис;
4. Рукавице;
5. Вата;
6. ЕКГ трака;
7. Газе и завоји;
8. Фластер;
9. Траке за суву стерилизацију;
10. Траке за ултразвук;
11. Предметна стакла;
12. Скалпел;
13. Комплет за „РАРА“ тест;
14. Хемикалије и дезинфекциона средства;
15. Игле, шприцеви и инфузиони системи;
16. Рентген филмови, развијачи и фиксир;
17. Реагенси, контроле и потрошни материјал за биохемијски анализатор А15;
18. Хемикалије за лабораторијску дијагностику;
19. Потрошни материјал за лабораторијску дијагностику;

20. Брзи тестови за лабораторијску дијагностику;
21. Раствори за хематолошки апарат "BC 20S Mindray" и потрошни материјал;
22. Хемостаза;
23. Тестови за капиларно одређивање CRP (РОСТ метода) на апарату NW-37;
24. Стоматолошки материјал;
25. Остали стоматолошки материјал;
26. „Camphenol“.

Дана 22. 6. 2020. године са почетком у 11:00 у просторијама наручиоца приступило се отварању приспелих понуда за партије 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. и 26.

За партију 14. су поднете следеће понуде:

Број под којим је понуда заведена	Назив/шифра понуђача	Датум пријема	Час пријема
10-229-12/20-02	„Flora komerc d.o.o.“, Горњи Милановац	19.6.2020.	09:30
10-229-21/20-02	„Nemico d.o.o.“, Крагујевац	20.6.2020.	11:00

На записник о отварању понуда није било примедби.

Дана 23. 6. 2020. године Комисија за јавну набавку је извршила стручну оцену понуда и у складу са тим донела Извештај о стручној оцени понуда бр. 10-229-26/20-02.

У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија је дала предлог наручиоцу да у овој партији уговор додели понуђачу „Flora komerc d.o.o.“ из Горњег Милановца као најповољнијем.

У складу са тим, наручилац је дана 24. 6. 2020. године донео Одлуку о додели уговора бр. 10-229-27/20-02 којом је за партију 14. уговор додељен понуђачу „Flora komerc d.o.o.“ из Горњег Милановца.

Дана 24. 6. 2020. године, наручилац је донео Одлуку о обустави поступка бр. 10-229-28/20-02 за партије 3., 4., 9., 11., 12., 13. и 26.

Дана 25. 6. 2020. године, понуђач „Nemico d.o.o.“ из Крагујевца, поднео је захтев за увид у понуду понуђача „Flora komerc d.o.o.“ из Горњег Милановца.

Дана 26. 6. 2020. године, понуђач „Nemico d.o.o.“ из Крагујевца, поднео је приговор на понуду понуђача „Flora komerc d.o.o.“ из Горњег Милановца наводећи да је приликом увида у понуду понуђача „Flora komerc d.o.o.“ утврдио да је у партији 14. за ставку 1., Конкурсном документацијом предвиђено да је потребно да производ буде тестиран у складу са стандардом EN 1500, а да понуђач „Flora komerc d.o.o.“ није доставио доказ да је понуђени производ за ову ставку тестиран у складу са овим стандардом и да у складу са тим наручилац одбије понуду понуђача као неодговарајућу.

Наручилац се обратио понуђачу „Flora komerc d.o.o.“ са захтевом да уколико поседује извештај о тестирању у складу са стандардом EN 1500 за понуђени производ за ставку 1. у партији 14., да исти достави.

Понуђач „Flora komerc d.o.o.“ је у свом одговору навео да је понуђач „Nemico d.o.o.“ из Крагујевца за производ за ставку 1. доставио извештај о испитивању у складу са стандардом EN 1500 произвођача „Sani hem“ које је извршила лабораторија Технолошког факултета у Новом Саду која није акредитована за такву врсту тестирања што доказује документом о Обиму акредитације прехранбене лабораторије Технолошког факултета у Новом Саду који је издао Акредитационо тело Србије. Понуђач није доставио доказ о тестирању понуђеног производа у складу са стандардом EN 1500.

Наручилац је увидом у понуду понуђача „Nemico d.o.o.“ утврдио да је наручилац доставио наведени извештај о испитивању из 2013. године. Такође, увидом у обим акредитације прехранбене лабораторије Технолошког факултета у Новом Саду који је је

издало Акредитационо тело Србије од 14. 2. 2020. године, утврђено је да наведена лабораторија није акредитована за тестирање производа у складу са стандардом EN 1500.

Наручилац је од понуђача „Нemico d.o.o.“ затражио да достави доказ о акредитацији прехранбене лабораторије Технолошког факултета у Новом Саду за тестирање производа у складу са овим стандардом.

Понуђач „Нemico d.o.o.“ је у писаном одговору навео да понуђач не може накнадно постављати овај услов да извештај о испитивању издаје акредитована установа, с обзиром да је конкурсном документацијом тражено само да производ за ставку 1. буде тестиран у складу са стандардом EN 1500 и да је понуђач тај услов испунио.

Дана 29. 6. 2020. године, Комисија за јавну набавку је поново извршила стручну оцену понуда за партију 14. и у складу са тим донела Извештај о стручној оцени понуда за партију 14. бр. 10-229-35/20-02. Комисија је утврдила да је конкурсном документацијом као услов за ставку 1. тражено да производ буде тестиран у складу са стандардом EN 1500. Иако конкурсном документацијом није изричито предвиђена обавеза да извештај о тестирању треба да буде издат од стране акредитоване установе, Комисија сматра овај услов није ни било потребно посебно наводити с обзиром да је у питању стандард Европске уније и да уколико нека установа није овлашћена за издавање извештаја о тестирању у складу са овим стандардом, онда се такав извештај не може прихватити као валидан. Због тога што ниједан од понуђача није испунио овај услов

С обзиром да ниједна понуда не испуњава услов за ставку 1. да буде тестиран у складу са стандардом EN 1500, Комисија је одлучила да обе понуде одбије као неприхватљиве и дала предлог наручиоцу за понављање поступка за партију 14.

На основу свега наведеног, донета је одлука као у изреци.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ове Одлуке, понуђач може поднети Захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.



ЗА НАРУЧИОЦА  
ДИРЕКТОР

др Ана Аничич